


Startfrequenz: 0.000000 MHz; Endfrequenz: 159.997994 MHz; Schrittweite: 32.006 kHz
Messpunkte: 5000; Zwischenzeit: 1000 uSek



;de0508 Circulator/ Isolator S31, P2 Kanal 1 abgelesen.

Kursor 1: Kanal 1
3.584672 MHz max:-11.94dB 0.032006MHz
Kanal1: -45.66dB min:-73.51dB 0.000000MHz

Kursor 2:
28.709382 MHz
Kanal1: -33.16dB

Kursor 3:
51.945738 MHz
Kanal1: -28.42dB

Kursor 4:
123.671184 MHz
Kanal1: -19.14dB

Kursor 5:
144.923168 MHz