

Anstiegszeit Oszilloskop Siglent SDS 2202X-E (200 MHz) gemessen mit Tastkopf PP215 und Hg-Schalter aus Alarmmelder. Der Kondensator wurde vor Test auf 1,5V aufgeladen. Mit gemessen 1,3 ns wird die Spezifikation (1,8ns) erfüllt.

